

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

4. ANUNCIOS

Consejería de Sanidad
Servicio Murciano de Salud

1726 Anuncio de rectificación de errores en el pliego de prescripciones técnicas para la licitación del suministro de equipos médico-asistenciales para el equipamiento del nuevo Pabellón Infantil del Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca".

Primero.- Con fecha 20 de febrero de 2016, se publicó en BORM número 42, el anuncio de licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de equipos médico-asistenciales para el equipamiento del nuevo pabellón infantil del Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca", y finalizando el plazo de presentación de ofertas el próximo 7 de marzo de 2016, a las 14:00 horas.

Segundo.- En la prescripción del lote número 4 del pliego de prescripciones técnicas se dice que "fuente de luz fría sin fibra óptica regulable 110-230V/150W/250W", debe decir

"Con tecnología LED.

- Vida útil de la lámpara de hasta 50.000 horas.
- Dispositivo de enfoque en la parte frontal del cabezal de la lámpara para ajustar exactamente el tamaño del campo de exploración iluminado.
- El brazo especial altamente flexible de gran longitud puede flexionarse en todas direcciones, quedando la lámpara en la posición elegida.
- Mango de fácil manejo con reóstato para regulación continua de la intensidad luminosa.
- Fuente de alimentación universal para 230V".

Tercero.- Se establece nuevo plazo de presentación de ofertas de quince días naturales desde la publicación del presente anuncio. En caso de que el último día de presentación de ofertas finalice en sábado o festivo, se aplazará, respectivamente, hasta el lunes o día hábil siguientes.

Cuarto.- Apertura de Ofertas.- Se publicará en el perfil del contratante y se comunicará a los licitadores con la debida antelación.

Murcia, 29 de febrero de 2016.—El Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca.